



**I N S T Y T U T B I O C Y B E R N E T Y K I
I I N Ź Y N I E R I I B I O M E D Y C Z N E J**

im. Macieja NAŁĘCZA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

NALE CZ I N S T I T U T E O F B I O C Y B E R N E T I C S A N D B I O M E D I C A L E N G I N E E R I N G
P O L I S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S

TROJDENA 4, 02-109 WARSZAWA, POLSKA, Tel. (+48 22) 592 59 00, Fax. (+48 22) 659 70 30
www.ibib.waw.pl; e-mail: ibib@ibib.waw.pl

DI-220-192/2018

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery MR 750W 3.0T GEM wraz z oprzyrządowaniem oraz klatki Faradaya. Oznaczenie sprawy: 9/U/2018.

W dniu 20 czerwca 2018 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna zamiennie za protokół odbioru, kartę pracy obustronnie podpisaną?

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzna zamiennie za protokół odbioru, kartę pracy obustronnie podpisaną.

Pytanie 2.

Wnosimy o sprecyzowanie, czy ze względu na konieczność prowadzenia paszportu urządzenia, książki serwisowej i innych dokumentów wyrobu medycznego, oraz konieczności zapoznania się z czynnościami serwisowymi przez innych serwisantów, kontrolujących systemy zgodności jak również samego Zamawiającego, **Zamawiający żąda, aby wpisy w tych dokumentach były każdorazowo dokonywane w języku polskim?**

Wyjaśnienie:

Tak.


Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 zdanie 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczka PAN w Warszawie, dokonuje zmiany w „Załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy”, w ten sposób, że:

pkt 11 w par. 3 otrzymuje brzmienie:

„11) przekazywania użytkownikowi lub kierownikowi Działu Technicznego zamawiającego **protokołów odbioru lub kart pracy obustronnie podpisanych**, z wykonanych testów diagnostycznych w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń, podpisanych przez serwisanta dokonującego przeglądu”,

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie 2 Pzp dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Dyrektor
Instytutu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęczka PAN



Prof. dr hab. inż. Adam Liebert