



Warszawa, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komponentów dodatkowych do 32 kanałowego systemu pomiarowego do skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów. Oznaczenie sprawy: 6/D/2019.

W dniu 5 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ część 3 zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuje gwarancję 12 miesięcy na przełączniki ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie zaakceptuje gwarancji na okres 12 miesięcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający zaakceptuje

1. 9 wyjść, 1 wejście
2. Obudowę 448x375,5x88,9

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zaakceptuje przełączniki opto-mechaniczne posiadające 9 wyjść i jedno wejście w o wymiarach 448x375,5x88,9mm



INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

im. Macieja NAŁĘCZA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

NALECZ INSTITUTE OF BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

POLISH ACADEMY OF SCIENCES

TROJDENA 4, 02-109 WARSZAWA, POLSKA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Projektów Zewnętrznych

P. Kadoyński
dr hab. inż. Piotr Ładyżyński
prof. nadzw.