



Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komponentów dodatkowych do 32 kanałowego systemu pomiarowego do skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów. Oznaczenie sprawy: 6/D/2019.

W dniu 8 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ część 2 zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści stację roboczą posiadającą poniższe złącza PCIe oraz PCI

- 3x PCIe x16
- 1x PCIe x8
- 1x PCIe x4
- 1x PCI

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, by stacja robocza była wyposażona w co najmniej 5 złącz PCI-E v.3 o parametrach wyspecyfikowanych w pkt. 24 oraz 1 złącze PCI 32bit (pkt. 25), zatem Zamawiający uznaje, że stacja robocza wyposażona w 3 złącza PCI-E v.3 x16, 1 złącze v.3 PCI-E x8, 1 złącze v.3 PCI-E x4 oraz 1 złącze PCI 32bit spełnia to wymaganie.



INSTYTUT BIOCYBERNETYKI
I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

im. Macieja NAŁĘCZA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

NALECZ INSTITUTE OF BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING
POLISH ACADEMY OF SCIENCES

TROJDENA 4, 02-109 WARSZAWA, POLSKA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Projektów Zewnętrznych
P. Ładziński
dr hab. inż. Piotr Ładziński
prof. nadzw.