



00-220-247/2019

Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora parametrów krytycznych wraz z materiałami na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: 10/D/2019.

W dniu 14 i 15 października 2019r. jeden z Wykonawców ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1**

Dotyczy załącznika nr 1 do IWZ poz. 1 wymaganych parametrów:

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający uzna za równoważny pomiar O<sub>2</sub> (saturacji) nie w sposób bezpośredni. Z natury rzeczy parametr sO<sub>2</sub>, jest parametrem wyliczanym na podstawie zmierzonych wartości poszczególnych frakcji hemoglobiny.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający uzna za równoważny pomiar O<sub>2</sub> (saturacji) w sposób niebezpośredni.

### **Pytanie 2**

Dotyczy załącznika nr 1 do IWZ poz. 3 wymaganych parametrów:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje analizatora umożliwiającego wykonywanie oznaczeń w płynie dializacyjnym z możliwością wykorzystywania wyników, w celach klinicznych?

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Ważna jest możliwość pomiaru w płynach dializacyjnych, ale tylko do celów badawczych.

### **Pytanie 3**

Dotyczy załącznika nr 1 do IWZ poz. 4 wymaganych parametrów:

Czy Zamawiający oczekuje możliwości szyfrowania danych zapisywanych na nośniku zewnętrznym?

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie oczekuje możliwości szyfrowania danych zapisywanych na nośniku zewnętrznym.

### **Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 1 do IWZ poz. 4 parametrów ocenianych:

Prosimy o doprecyzowanie o jaki konkretnie błąd pomiaru chodzi Zamawiającemu i w jaki sposób Zamawiający chce dokonywać oceny w tym parametrze. Czy chodzi o jak najmniejszy błąd pomiaru za każdy z przedstawionych analizów?

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Dla każdego z mierzonych parametrów proszę podać względny błąd precyzji.

Zamawiający zmienia treść IWZ w punkcie 11.2, w Tabeli 1, w pozycji 4 z „Błąd pomiaru” na „Względny błąd precyzji”.

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w Tabeli 2, w pozycji 4 z „Błąd pomiaru” na „Względny błąd precyzji”.

### Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wraz z analizatorem, wyceny odczynników potrzebnych do wykonania ilości oznaczeń wskazanych przez Zamawiającego? Jeśli tak to prosimy o informację w jakim harmonogramie czasowym Zamawiający zamierza wykonywać poszczególne ilości badań. (np. 600 badań w ciągu 28 dni lub 6 razy 100 badań w odstępach co 30 dni). Od tego zależy właściwy dobór wielkości kaset odczynnikowych dla Zamawiającego, dlatego, że raz włożona kasetka na pokład analizatora, ma swój określony czas trwałości i po tym czasie bez względu na wykonaną ilość badań wymaga wymiany. Z tego też względu harmonogram wykonywania badań ma znaczenie dla Zamawiającego w kontekście łącznego kosztu zakupu odczynników i materiałów zużywalnych, który może się znacznie różnić.

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie i wszelkie materiały, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu oznaczeń w 600 próbkach zakładając równomierne rozłożenie pomiarów w ciągu 60 dni.

### Pytanie 6

Czy Zamawiający w ramach odczynników oczekuje również zaoferowania właściwej ilości materiałów do pobierania krwi (strzykawek lub kapilar) i jeśli tak to w jakiej ilości?

### Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie oczekuje zaoferowania materiałów do pobierania krwi (strzykawek lub kapilar).

### Pytanie 7

Dotyczy parametrów ocenianych w zał. Nr 1 iwz:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie dodatkowych punktów ocenianych dla rozwiązania, w którym jednostkowy **koszt badania wykonanego** w oparciu o zaoferowane przez Wykonawców odczynniki koniecznych do wykonania 600 badań będzie najniższy, wg

wzoru  $W_{min}/W_{oferta} * N_{max}$ , gdzie:  $W_{min}$  – najmniejsza z wartości brutto podanych przez wykonawców,  $W_{oferta}$  – wartość brutto podana przez ocenianego wykonawcę (Wykonawca na potwierdzenie załączy szczegółową kalkulację asortymentowo-cenową zawierającą szczegółową ilość asortymentu niezbędnego do wykonania w/w ilości badań wraz z wyliczeniem kosztu 1 badania).

Pozwoli to Zamawiającemu dodatkowo ocenić, zweryfikować i zoptymalizować koszt nakładów na 1 badanie parametrów krytycznych.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie zgadza się na przyznanie dodatkowych punktów za jednostkowy koszt badania.

### **Pytanie 8**

Dotyczy wzoru umowy zał. Nr 3 do siwz:

W związku z tym, iż producent oferowanego analizatora parametrów krytycznych nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów okresowych w okresie gwarancji i pogwarancji, ponieważ wszystkie elementy odpowiadające za prawidłowy pomiar parametrów umieszczone są w kasetach odczynnikowych, podlegających regularnej wymianie w ramach czynności eksploatacyjnych analizatora parametrów krytycznych, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów umowy wg propozycji.

§ 4 ust. 5 „Wszystkie czynności serwisowe, dotyczące przedmiotu umowy, w tym wymagane **wg zaleceń producenta** przeglądy konserwacyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji będą wykonywane **na koszt Wykonawcy**”.

Oraz

§ 4 ust. 14 „14. W okresie **24 miesięcznej gwarancji** Wykonawca na swój koszt dokona wszystkich **zalecanych przez producenta przeglądów**, w celu zachowania gwarancji, w wymaganym zakresie i terminach”.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 5 umowy w ten sposób, że:

było:

„Wszystkie czynności serwisowe, dotyczące przedmiotu umowy, w tym wymagane przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji będą wykonywane **nieodpłatnie**”.

jest:

„Wszystkie czynności serwisowe, dotyczące przedmiotu umowy, w tym wymagane **wg zaleceń producenta** przeglądy konserwacyjne w okresie 24 miesięcznej gwarancji będą wykonywane **na koszt Wykonawcy**”.

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 14 w ten sposób, że:

było:

„W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt dokona wszystkich wymaganych przeglądów, w celu zachowania gwarancji, w wymaganym zakresie i terminach”.

jest:

„W okresie **24 miesięcznej gwarancji** Wykonawca na swój koszt dokona wszystkich **zalecanych przez producenta przeglądów**, w celu zachowania gwarancji, w wymaganym zakresie i terminach”.

## Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy zał. Nr 3 do siwz:

W związku z wątpliwościami wynikającą z zapisu okresie gwarancji i miejsca świadczenia zawartymi w par. 4 ust. 1 i par. 4 ust. 11, który pozostaje w sprzeczności z zapisem par.4 ust. 13 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w cenie oferty zapewnienia gwarancji urządzenia na 24 miesiące na terenie RP?

Par. 4 ust. 11 Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny (**w okresie 24 miesięcy gwarancji**) i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dodatkowo płatny poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, w okresie 4 lat od przekazania urządzenia Zamawiającemu.

Par. 4 ust. 13 Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów serwisu w okresie 24 miesięcy gwarancji, w tym kosztów dojazdu i zakwaterowania serwisanta, transportu elementów do miejsca naprawy gwarancyjnej i z powrotem, sprowadzenia i dostarczenia naprawionego lub nowego urządzenia lub jego elementów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji świadczenie poza granicami kraju usługa będzie dodatkowo płatna wg aktualnych stawek obowiązujących na dzień wykonania usługi.

Ponadto jeżeli świadczenia serwisowe mają być zapewnione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o doprecyzowanie informacji z podaniem miejsc na świecie, gdzie ma być zapewniony dostęp do serwisu pogwarancyjnego dla zakupionego analizatora?

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 11, w ten sposób że:

było:

„Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dostępność części zamiennych, w okresie 4 lat od przekazania urządzenia Zamawiającemu”.

jest:

„Miejscem użytkowania urządzenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku konieczności wysyłki urządzenia w celu wykonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej urządzenia lub jego elementów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w ramach umowy zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w okresie 4 lat od przekazania urządzenia Zamawiającemu”.

**Zamawiający** dokonuje zmiany w § 4. ust. 13, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów serwisu gwarancyjnego, w tym kosztów dojazdu i zakwaterowania serwisanta, transportu elementów do miejsca naprawy gwarancyjnej i z powrotem, sprowadzenia i dostarczenia naprawionego lub nowego urządzenia lub jego elementów (na terytorium oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Istotne Warunki Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli IWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu

d.s. Ogólnych

*mgr inż. Rafał Skorupski*

*RSB.*