



20-220-249/2019

Warszawa, dnia 18 października 2019 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora parametrów krytycznych wraz z materiałami na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: 10/D/2019.

W dniu 17 i 18 października 2019 r. jeden z Wykonawców ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie 1

W związku z brakiem określenia w zapisach i wz informacji w zakresie, tego czy oferowane urządzenie ma być fabrycznie nowe lub czy może być używane prosimy o doprecyzowane swoich oczekiwań niezbędnych do złożenia prawidłowej oferty?

#### Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie będzie fabrycznie nowe, ale rok produkcji urządzenia nie może być wcześniejszy niż 2017.

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dopisanie do Tabeli 1, pozycji 5 o treści:

„Rok produkcji”: „2017 lub późniejszy”.

Teo  
J. W.

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 – Wzór umowy poprzez dopisanie w § 1 ust. 3 następującej treści:

„Oferowane urządzenie nie musi być fabrycznie nowe, ale rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2017.”

## Pytanie 2

W świetle odpowiedzi dotyczącej oczekiwanych ilości oznaczeń (600 ozn.) czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch kaset odczynnikowych zabezpieczających wykonanie (do 800 ozn.), ale w okresie 56 dni (stabilność jednej kasety odczynnikowej 28 dni)?

Dopuszczenie takiej zmiany pozwoli zaoferować bardziej ekonomiczne rozwiązanie, a co za tym idzie pozwoli ostatecznie, w razie potrzeby wykonać większą ilość badań.

## Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza skrócenia terminu dostarczania materiałów z 60 dni na 56 dni.

## Pytanie 3

Wnioskujemy o zmianę zapisu umowy w zakresie świadczeń gwarancyjnych, ponieważ w aktualnym stanie treść n/w zapisu pkt. 2.3 w par. 4 wskazuje, że gwarancja może rozpoczynać się od początku „w nieskończoność” w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek napraw gwarancyjnych w jej okresie:

Gwarancja. § 4.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie - analizator parametrów krytycznych.

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po dniu przekazania urządzenia Zamawiającemu, jeżeli w protokole odbioru nie zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy,

2) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru przedmiotu umowy.

~~3) w dniu następnym po dniu dokonania naprawy gwarancyjnej.~~

Jednocześnie sugerujemy wprowadzić do umowy zapis wg n/w propozycji:

„W okresie 24 miesięcznej gwarancji w sytuacji awarii urządzenia bieg terminu gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu od terminu zarejestrowanego zgłoszenia awarii zgodnie z § 4. ust. 6.2) do czasu usunięcia usterki potwierdzonej w protokole stwierdzającym jej wykonanie”.

T004  
M. Wasi

## Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający usuwa punkt 3 w § 4. ust. 2.

Jednocześnie Zamawiający dopisuje:

- w § 4. ust. 2: „W okresie 24 miesięcznej gwarancji, w sytuacji awarii urządzenia bieg terminu gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu od terminu zarejestrowanego zgłoszenia awarii do czasu usunięcia usterki potwierdzonej w protokole stwierdzającym jej wykonanie”.

- w § 4 w ust. 9 : „W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca wraz z dostarczeniem nowego przedmiotu umowy lub jego elementu składowego udziela 24 miesięcznej gwarancji na nowy przedmiot umowy lub jego element składowy.

## Pytanie 4

Wnioskujemy doprecyzowanie zapisu umowy w zakresie realizacji świadczeń serwisowych o których mowa w § 4. ust. 6.2)

„2) czas reakcji na zgłaszane naprawy gwarancyjne – 3 dni robocze (licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), liczony od chwili zgłoszenia naprawy gwarancyjnej drogą elektroniczną na dedykowany adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ..... lub bezpłatną infolinię telefoniczną pod nr .....“

## Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy zawarte w § 4 ust. 6 pkt 2)

**Termin składania ofert - do dnia 22 października 2019 r., do godz. 12.00.**

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Istotne Warunki Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli IWZ są udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

100g  
J. Wiers

Z-ca Dyrektora Instytutu  
d.s. Ogólnych  
mgr inż. Rafał Skorupski