



19/2020

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: DT.OT/221/11/2020.

W dniu 15 czerwca 2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1**

Dotyczy część I, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu (ab15811) w objętości 50ug zgodnie z przeliczeniem końcowej wartości, co daje 2 opakowania po 50ug. Prośbę motywujemy tym, iż Producent wycofał pożądaną produkt w objętości 100ug.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktu (ab15811) o objętości 50ug.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ. W Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w Części 1 (Pakiet nr 1), poz. 1 (Rabbit Anti-Lactoferrin antibody, polyclonal, isotype IgG) zmienia się w kol. Opakowanie [j.m] ze: 100ug na: 50ug oraz w kol. Ilość zmienia się 1 szt. na 2 szt.

| 1



Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu  
d.s. Projektów Zewnętrznych  
*Piotr Ładyżyński*  
dr hab. inż. Piotr Ładyżyński  
prof. nadzw.